



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, por intermédio de seu PREGOEIRO OFICIAL, designado pela Portaria Municipal nº 1950 de 27 de outubro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada alteração no Edital de Licitação Pregão Presencial - SRP nº 073/2021, com base no que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 006, de 12/02/2010, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

2. DO OBJETO:

2.1. Fica alterado a descrição dos itens – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS do Termo de Referência (ANEXO I) e Proposta (ANEXO II) conforme segue:

38	310555	BOMBA DE INFUSÃO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DETECTOR DE GOTA EXTERNO POR INFRAVERMELHO. MODO DE CONTROLE CONTADOR DE GOTAS E AJUSTE AUTOMÁTICO DA TAXA DE INFUSÃO. EQUIPOS: QUALQUER TIPO DE EQUIPO (UNIVERSAL). PRECISÃO +/- 2%, TAXA DE INFUSÃO <=25 GOTAS/MIN. (CONTROLE CONTA GOTAS E TEMPO). +/- 5% CONTROLE VOLUME APÓS A CORRETA CALIBRAÇÃO. TAXA DE INFUSÃO 1,0 A 1200 ML/HR (1,0 A 99,9 ML/H ACRÉSCIMO 0,1 ML/H; 100 A 1200 ML/H, ACRESCIMENTO 1,0 ML/H). VOLUME MAXIMO DE INFUSÃO: 0 A 9999 ML (1 ML) - TAXA DE PURGE 600,0 ML/H, TAXA DE KVO 1 ML/H QUANDO TAXA DE INFUSÃO 10 ML/H, NOS OUTROS CASOS KVO 3 ML/H, OCLUSÃO 03 NÍVEIS CONFIGURÁVEIS LOW, MEDIUM, HIGH - ALARMES SISTEMA VAZIO, QUASE VAZIO, VOLUME COMPLETO, OCLUSÃO, EQUIPO DESCONECTADO, ERRO DE OPERAÇÃO, BATERIA BAIXA, DEFEITO NO EQUIPAMENTO. 03 NÍVEIS DE ALARME - FUNÇÃO BOLUS TAXA BOLUS: 10-1200 ML/H, VOLUME MAXIMO DE BOLUS 100 ML, ENERGIA AC 100 A 240 V (+/_ 10%), 50/60HZ. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL 11.1V, 2000 MAH. 6 HORAS DE OPERAÇÃO CONTINUA, ACESSÓRIOS: PESO MÉDIO: DE 1,8 KG A 3.0 KG MEDIO, DIMENSÃO: 125MM X 230MM X 125MM A 160MM X 120MM X 260MM EM MÉDIA, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO CENTRO OESTE, PREFERENCIALMENTE NO ESTADO DE MATO GROSSO. A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA INSTITUIÇÃO NA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO QUANDO DA ENTREGA DO MESMO.	un - unidade	5	8.720,00	43.600,00
----	--------	--	-----------------	---	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

77	310600	ELETROCARDÍOGRAFO COM IMPRESSORA, REGISTRO EM 3 CANAIS, 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; OPERAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E ENTRADA PARA BATERIA EXTERNA; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; PAPEL 80MM X 30MM, IMPRIME APROXIMADAMENTE 60 EXAMES POR ROLO DE PAPEL. DESCRIÇÃO: ELETROCARDÍOGRAFO ECG12S, PORTÁTIL, REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES, LEVE, PORTÁTIL DE FÁCIL OPERAÇÃO SELEÇÃO DAS DERIVAÇÕES/FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA. LEDS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, QRS E FALTA DE PAPEL, IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS, AUTOMÁTICA OU MANUAL, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/SEG., COM INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS. IMPRESSÃO DA VELOCIDADE, FILTRO, GANHO, FREQUÊNCIA, ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DATA E NOME DO PACIENTE, IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 8 DOTS POR MM. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES), FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC. CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA, FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE 35 HZ (SELECIONÁVEL), GANHO SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE DE 1000 HZ A 1920 HZ EM MÉDIA, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARCA-PASSO. ALIMENTAÇÃO 110/220V, 50/60HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 01 FUSÍVEL 0,2 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,3 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,5A, 01 ROLO DE PAPEL 80MM/30M, 06 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUÇÃO, 04 ELETRODO DE MEMBRO TIPO CLIP E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PESO MÉDIO DE 2,4 KG A 3,2 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 85(A) X 310(L) X 250(C) A 340MM(L) X 320(C) X 85MM(A) EM MÉDIA. A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA INSTITUIÇÃO NA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO QUANDO DA ENTREGA DO MESMO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	un - unidade	2	12.125,00	24.250,00
----	--------	--	-----------------	---	-----------	-----------

- 2.2. Informamos ainda que o item **310644 – SISTEMA DE ULTRASSOM DE DIAGNÓSTICO MULTIUSO** não será mais adquirido, conforme C.I. 3502/2021/SMS encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

2.3. Inclui-se a este **Edital item 11- Dos Documento para Habilitação – 11.5.1 - Qualificação Técnica (Art. 30 da Lei 8666/1993)**; apresentação da (AFE) Autorização de Funcionamento de Empresa perante ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto aos participantes que fornecerem os produtos / equipamentos que necessariamente, não precise de tal licença.

3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA:

3.1. Fica alterado data e hora do certame; início da sessão pública as **09:00 horas** (Horário de Brasília) do dia **09/12/2021**. Período de acolhimento das propostas eletrônicas: **08:00 horas** (Horário de Brasília) do dia **24/11/2021** até as **18:00 horas** (Horário de Brasília) do dia **08/12/2021**. O Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5121.

4. DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam retificadas as especificações dos referidos objetos e as demais disposições originárias.

Peixoto de Azevedo MT, 19 de novembro de 2021.

THIAGO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro